

SIKIŖTIRMA FAKTÖRÜ APARATI

LT-G0290/91/92/93/95/1/95/2

STANDART: BS 5075, 1881:103

Liya Test SıkıŖtırma Faktörü Deney Seti, taze beton karıřımlarının iřlenebilirlik düzeyini (düşük, orta veya yüksek) belirlemek için tasarlanmıř profesyonel bir analiz sistemidir. Betonun yerleřtirilme ve sıkıřtırılabilme performansını saptayarak karıřım kalitesini en doğru řekilde tayin etmenizi saęlar.

- **Fonksiyonel Tasarım:** Cihaz, betonun serbestçe ve standartlara uygun řekilde düşmesini saęlayan menteřeli kapaklara sahip iki adet üst üste yerleřtirilmiř konik huni ve bir silindirik toplama kabından oluřur.
- **Dayanıklı ve Saęlam Yapı:** Tüm hazneler ve silindir kalıp, ağır hizmet tipi laboratuvar kullanımına uygun, tabana dik ve sarsıntısız çelik bir gövdeye monte edilmiřtir.
- **Kolay Bakım:** Huniler, her deney sonrası hızlı ve etkili temizlik yapılabilmesi için gövdeden kolayca sökülüp takılabilecek řekilde tasarlanmıřtır.
- **Uluslararası Standart Uyum:** BS 5075 ve BS 1881:103 standartlarının teknik řartnamelerine tam uyumlu olarak üretilmiřtir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyutlar (cm)	Ağırlık (kg)
LT-C0044	Sıkıřtırma Faktörü Aparatı	30x40x130	40

Liya

Liya

Liya