

GILLMORE APARATI

LT-C0066 LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

www.liyatest.com.tr

Liya

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

www.liyatest.com.tr


Liya

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

STANDART: ASTM C91, C141, C150, C266; AASHTO T154

Liya Test Gillmore Aparatı, çimento, hidrolik kireç, hidrometre kireç ve harç numunelerinin priz (ayar) başlama ve bitiş sürelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Yapı kireci ve çimento test laboratuvarlarının rutin bağlayıcılık analizlerinde güvenilir ve standartlara uygun sonuçlar sunar.

- Uluslararası Test Standartlarıyla Tam Uyum: Cihaz; ASTM C91, C141, C150, C266 ve AASHTO T154 standartlarında belirtilen mekanik penetrasyon kurallarını ve test koşullarını eksiksiz olarak karşılar. Bu sayede bağlayıcı malzemelerinizin priz süresi analizleri küresel normlarda belgelendirilir.
- Kalibre Edilmiş Çift İğne ve Kol Mekanizması: Cihaz, yatay olarak yerleştirilmiş iki adet fonksiyonel koldan oluşur. Standartların öngördüğü ölçülerde; başlangıç iğnesi 2.12 mm çapa ve 113.4 g ağırlığa, son iğne ise 1.06 mm çapa ve 453.6 g ağırlığa sahip olacak şekilde hassasça kalibre edilmiştir.
- Eksiksiz Set Yapısı ve Rijit Gövde: Testlerin düzgün bir zeminde ve hatasız yapılması amacıyla cihaz, iki adet özel cam plaka ile birlikte komple bir set halinde tedarik edilir. 2.5 kg ağırlığındaki sağlam mekanik gövdesi uzun ömürlü ve stabil bir kullanım sunar.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Boyutlar (mm)	Ağırlık (kg)	Başlangıç İğnesi	Son İğne
LT-A0043	Gillmore Aparatı	300x100x300	2,5	Ø 2,12 mm - 113,4 g	Ø 1,06 mm - 453,6 g

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

www.liyatest.com.tr

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

www.liyatest.com.tr

LABORATUVAR TEST CİHAZLARI

www.liyatest.com.tr