Orantılı Numune Bölücü

LT-M0660 | Ayarlanabilir oranla temsili alt numune hazırlama

Döner bölme mekanizması • İki ayrı fraksiyon • Kompakt yapı



25 kg

NUMUNE KAPASİTESİ

%10-%50

AYARLANABİLİR BÖLME ORANI

220 V, 50 Hz, 1 faz • Tezgâh üstü halkalı öğütücüyle birlikte kullanıma uygun

LT-M0660

Fotoğraflar ve Bileşenler

Besleme bölümü, kumandalar, gövde ve malzeme aktarım kanalı

LT-M0660, mineral ve cevher numunelerinden istenen oranda temsili bir deney numunesi ayırır. Döner mekanizma malzemeyi deney numunesi ve kalan bölüm olarak iki ayrı fraksiyona yönlendirir.

BESLEME BÖLÜMÜ

Üst giriş, ana numunenin bölme sistemine aktarılmasını sağlar.

KUMANDA PANELİ

Ön panelde çalışma düğmeleri, gösterge ve ayar kumandası bulunur.



AKTARIM KANALI

Fotoğrafta, iki hazırlama ünitesi arasındaki malzeme aktarım yolu görülür.

GÖVDE VE ERİŞİM

Kapaklı gövde, numune bölme düzenini barındırır.



Üst besleme girişi ve gövde




Ön kumanda paneli ve erişim kapağı

LT-M0660

Orantılı Bölme ve İki Ayrı Fraksiyon

Ana numune • Seçilen deney numunesi • Kalan malzeme



Seçilen bölme oranı, ana numuneden ayrılan deney numunesinin payını belirler. Kalan malzeme ayrı bir fraksiyonda toplanır. Gerektiğinde seçilen bölüm yeniden bölünerek numune miktarı azaltılır.

Bölme Oranı Örnekleri

10%

Deney numunesi: 10%

Kalan malzeme: 90%

25%

Deney numunesi: 25%

Kalan malzeme: 75%

50%

Deney numunesi: 50%

Kalan malzeme: 50%

Temsili Numune Hazırlığı

Ana numuneyi homojen hâle getirip kontrollü beslemek, düzenli bölmeyi destekler. Farklı numuneler arasında temizlik yapmak, malzeme taşınmasını azaltır.

LT-M0660

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-M0660 • Kapasite, oran aralığı ve elektrik beslemesi

Teknik Özellik	Değer
Ürün Kodu	LT-M0660
Numune Kapasitesi	25 kg
Ayarlanabilir Bölme Oranı	%10-%50
Çıkış Fraksiyonları	Deney numunesi / kalan malzeme
Bölme Mekanizması	Döner
Yataklama	Sızdırmaz rulmanlar
Yerleşim	Tezgâh üstü
Dış Ölçüler	60 × 56 × 50 cm
Ağırlık	85 kg
Elektrik Beslemesi	220 V, 50 Hz, 1 faz

Öğütme Öncesi Numune Hazırlama

Tezgâh üstü halkalı öğütücüyle birlikte kullanılabilir. Orantılı bölme, öğütme veya analiz aşamasından önce gerekli deney numunesinin ayrılmasını sağlar.

Numune Hazırlama Akışı

01
Numuneyi Hazırla
Ana numuneyi homojen hâle getir.

02
Oranı Seç
İstenen numune miktarı için %10-%50 aralığında oran seç.

03
Kontrollü Besle
Malzemeyi besleme bölümüne düzenli aktar.

04
Fraksiyonları Al
Deney numunesini ve kalan malzemeyi ayrı al.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/orantili-numune-bolucu/