SP2 Model
Özel Ayarlı Bölgeç

LT-A0096 | 25 kanallı ayarlanabilir numune bölme sistemi

12.5-100 mm oluk açıklığı • 20 L besleme haznesi • Mekanik çalışma



12.5-100 mm

AYARLANABİLİR OLUK AÇIKLIĞI

20 L

BESLEME HAZNESİ

TS EN 932-2 • ASTM C702/C702M • Mekanik çalışma

LT-A0096

Fotoğraflar ve Bileşenler

Besleme haznesi, oluk sistemi, toplama kabı ve mekanik kumanda

SP2 modeli, büyük agrega numunelerinden temsili deney porsiyonları hazırlar. 25 kanallı sistemin oluk açıklıkları 12.5-100 mm arasında ayarlanır. Ürünle birlikte bir adet numune toplama kabı sunulur.

BESLEME HAZNESİ

20 L hazne, ana numuneyi kanallı bölme sistemine aktarır.

MEKANİK KUMANDA

Kol ve mekanik bağlantılar, besleme düzeninin çalışmasını sağlar.



25 KANALLI SİSTEM

Ayarlanabilir oluklar, farklı tane büyüklüklerine uygun geçiş sağlar.

TOPLAMA KABI

Ürünle birlikte bir adet numune toplama kabı verilir.



Besleme haznesi ve oluk düzeni




Çıkarılabilir numune toplama kabı

LT-A0096

25 Kanallı Numune Bölme Sistemi

Ayarlanabilir oluklar • Kontrollü besleme • Temsili deney porsiyonları

Numune Akışı



Minimum Oluk Açıklığı

12.5 mm

Maksimum Oluk Açıklığı

100 mm

Kanal Sayısı

25

Numune, 20 L hazneden kanallı bölme sistemine geçer. Malzemenin tane büyüklüğüne uygun oluk açıklığı, kontrollü geçişi destekler. Gerekli deney miktarı elde edilene kadar seçilen porsiyon yeniden bölünebilir.

Ayarlanabilir Oluk Açıklığı

12.5 mm → **100 mm**

Oluk açıklığını, işlenecek agrega numunesinin tane büyüklüğüne göre seç.

Açıklığı Numuneye Göre Seç

Oluk açıklığını, malzemenin tane büyüklüğüne uygun geçiş sağlayacak şekilde ayarla.

Düzenli ve Temiz Çalış

Malzemeyi kontrollü aktar; farklı numuneler arasında hazne, oluk ve kapları temizle.

Teknik Veriler ve Numune Akışı

LT-A0096 • SP2 modeli, kanal sistemi, hazne ve dış ölçüler

Teknik Özellik	De er
Ürün Kodu	LT-A0096
Model	SP2
Besleme Haznesi Kapasitesi	20 L
Kanal Sayısı	25
Oluk Açıklığı Aralığı	12.5-100 mm
Çalışma Prensibi	Mekanik numune bölme
Birlikte Verilen Kap	1 adet numune toplama kabı
Dış Ölçüler	55 × 55 × 70 cm
Ağırlık	Yaklaşık 40 kg
Elektrik Bağlantısı	Gerekmez

Numune Azaltma Yöntemleri

TS EN 932-2 ve ASTM C702/C702M kapsamındaki agrega numunesi azaltma çalışmalarını destekler. Amaç, ana numunenin özelliklerini temsil eden deney porsiyonları hazırlamaktır.

Numune Hazırlama Akışı

01
Olukları Ayarla
Numunenin tane büyüklüğüne uygun oluk açıklığını seç.

02
Kabı Yerleştir
Toplama kabını çalışma konumuna getir.

03
Numuneyi Besle
Numuneyi hazneye kontroll ve d zenli aktar.

04
Porsiyonu Al
Deney için gereken porsiyonu al; gerekirse yeniden böl.

Ürün Sayfası | liyatest.com.tr/urun/sp2-model-ozel-ayarli-bolgec/